

Спосіб і пристрій для циклічної стимуляції шлуночка з початковою частотою, що трохи перевищує власну частоту запуску передсердя (стимуляція з перевищенням частоти), після чого настає зменшення частоти (релаксація) до величини, трохи меншої власної частоти запуску передсердя (відведення шлуночка), можуть застосовуватися для стимуляції обох шлуночків з одним чи кількома електродами на кожному з шлуночків. Електрод(и) може розташовуватися на внутрішній чи на зовнішній поверхнях шлуночка. Протоколи релаксації як функції часу можуть бути лінійними, нелінійними, включаючи експоненціальні, чи їх комбінаціями. Крім того, протоколи релаксації можуть включати один чи кілька періодів часу, протягом яких частота стимуляції підтримується незмінною.