

Спосіб уніфікованого допоміжного рефлекторного знеболювання передбачає вплив на тіло пацієнта силового поля, вимірювання електропровідності точок акупунктури відносно вихідного току, корекцію відхилень електропровідності від значень, одержаних в результаті зазначеного виміру, до норми, при цьому корекцію проводять шляхом одночасного включення до ланцюга тестування фіксованої комбінації генераторів електромагнітного поля, які змінюють електропровідність точки, що досліджується, імпринтингу коригуючих комбінацій електромагнітних полів на біологічно нейтральну речовину-носії, аплікації речовини-носія на точку акупунктури з наступною його фіксацією на цій точці, або ж використовують попередньо приготовлену речовину-носії з імпринтованому на ньому фіксованому сполученні полів електромагнітних генераторів, не проводячи вимірів електропровідності точок акупунктури.