

Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкової кількості лейкоцитів шляхом їх підрахунку. Підраховують залишкову кількість лейкоцитів в 1 л плазми, виходячи із об'єму лічильної камери Фукса-Розенталя і ступеня розведення плазми.